

檢驗科自 109 年 04 月 27 日 13 點起
更換 PT/APTT 試劑批號並更新 MNPT/MNAPTT 值

說明：

- 一、新試劑重新計算之 MNPT 值為 11.15sec；MNAPTT 值為 31.73sec。
- 二、生物參考區間已完成驗證程序，PT 試劑更換新批號後仍不變 9.4-12.5 sec；APTT 試劑 26.0-38.0sec 異動為 25.1-36.5 sec。
- 三、若有任何問題，請與檢驗科洪曉音 聯絡，分機：1290。